

分析結果報告書

令和4年6月26日

奥長良川名水株式会社

殿

計量証明事業登録岐阜県濃度 第1号
計量証明事業登録岐阜県音庄 第6号
計量証明事業登録岐阜県振動 第5号

株式会社 環境測定センター

岐阜県羽島郡岐南町土印食3丁目178番地

TEL (058) 247-2000(代)

FAX (058) 247-2643

環境計量士 高間智浩

ご依頼のありました分析結果は下記の通りです。

- 分析名称 マイクロプラスチック定性分析
- 分析対象試料 15年6ヶ月経過後の製品
- 採取場所 貴社
- 受領日 令和4年6月9日
- 分析条件 試料水をフィルター(孔径 $0.1\mu\text{m}$)でろ過し、捕捉された残留物について光学顕微鏡観察。
光学顕微鏡：オリンパス製 MX61
- 分析結果

定性分析結果

測定対象試料	結果
15年6ヶ月経過後の製品	不検出

別紙参照

15年6ヶ月経過後の製品



Photo. 1-1 倍率 × 50 500 μm

15年6ヶ月経過後の製品



Photo. 1-2 倍率 × 50 500 μm

15年6ヶ月経過後の製品



Photo. 1-3 倍率 × 50 500 μm

15年6ヶ月経過後の製品



Photo. 1-4 倍率 × 50 500 μm